N° 097-10-24

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

PRODUCTO	:	MANDIL ASÉPTICO DESCARTABLE TALLA “M” 40 g/m^2 R&G
MATERIAL	:	Tela no tejida con proceso SMS
N° LOTE	:	6529124282
FECHA PRODUCCIÓN	:	10-2024
FECHA EXPIRACIÓN	:	10-2029
REG. SAN. Nº	:	12618-DME-0122
FECHA	:	22/10/2024

ESPECIFICACIONES		MEDIDA	RESULTADOS
TALLA	M	M	**Conforme**
COLOR	Azul	Azul	**Conforme**
SUPERFICIE	No pelusas	No pelusas	**Conforme**
CARACTERISTICAS FÍSICAS			
- Largo Total (cm)	120 ± 5	120.3	**Conforme**
- Ancho de Contorno (cm)	155 ± 5	154.7	**Conforme**
- Largo y ancho de manga (cm)	68x31 ± 2	68x31	**Conforme**
- Largo de puños RIB (cm)	10 ± 2	8.7	**Conforme**
- Cruce posterior traslape (cm)	20	20	**Conforme**
- Largo de tira posterior (Larga) (cm)	65	65	**Conforme**
- Largo de tira interior (Corta) (cm)	30	30	**Conforme**
- Gramaje (g/m^2)	40 ± 2	40.3	**Conforme**

Plan de muestreo simple con nivel especial de inspección S-2 para el procedimiento intermedio y nivel de inspección II para el procedimiento final, AQL 1.5 según NTP-ISO 2859-1 2013 (revisada el 2018)

CONCLUSIÓN: APROBADO

Nombre : ING. ALFREDO E. LEON LESCANO
Cargo : JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
Compañía : R&G S.A.C.
Teléfono : +51 983 442 902

R&G SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL SAC
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

FIRMA DEL RESPONSABLE