**N° 075-04-23**

# CERTIFICADO DE ANÁLISIS

| | | |
|---|---|---|
| **PRODUCTO** | : | MANDILÓN MÉDICO DESCARTABLE TALLA “M” 40 g/m$^2$ R&G |
| **MATERIAL** | : | Tela no tejida con proceso SMS |
| **N° LOTE** | : | 6532222097 |
| **FECHA PRODUCCIÓN** | : | 11-2022 |
| **FECHA EXPIRACIÓN** | : | 11-2027 |
| **REG. SAN. Nº** | : | 12618-DME-0122 |
| **FECHA** | : | 14/04/2023 |

| ESPECIFICACIONES | | MEDIDA | RESULTADOS |
|---|---|---|---|
| **TALLA** | M | M | **Conforme** |
| **COLOR** | Azul | Azul | **Conforme** |
| **SUPERFICIE** | No pelusas | No pelusas | **Conforme** |
| **CARACTERISTICAS FÍSICAS** | | | |
| - Largo Total (cm) | 120 ± 5 | 121.8 | **Conforme** |
| - Ancho de Contorno (cm) | 155 ± 5 | 153.5 | **Conforme** |
| - Largo y ancho de manga (cm) | 68x31 ± 2 | 68x31 | **Conforme** |
| - Largo de puños RIB (cm) | 10 ± 2 | 8.8 | **Conforme** |
| - Cruce posterior traslape (cm) | 20 | 20 | **Conforme** |
| - Largo de tira posterior (Larga) (cm) | 65 | 65 | **Conforme** |
| - Largo de tira interior (Corta) (cm) | 30 | 30 | **Conforme** |
| - Gramaje (g/m$^2$) | 40 ± 2 | 40.2 | **Conforme** |

**Plan de muestreo simple con nivel especial de inspección S-2 para el procedimiento intermedio y nivel de inspección II para el procedimiento final, AQL 1.5 según NTP-ISO 2859-1 2013 (revisada el 2018)**

**CONCLUSIÓN**: APROBADO

**Nombre** : ING. ALFREDO E. LEON LESCANO
**Cargo** : JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
**Compañía** : R&G S.A.C.
**Teléfono** : +51 983 442 902

R&G SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL SAC
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

FIRMA DEL RESPONSABLE