HONSUN Aim for Health 江苏鹿得医疗电子股份有限公司
HONSUN (NANTONG) CO., LTD.
No.8 Tongxing Road Economic &Technical Development Area, 226009 NanTong City, Jiangsu, P.R.China
Tel: 0086-21-63056696 FAX: 0086-21-63036162 Lena-li@lordmed.com

TECHNICAL DATA- FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN

1. Identificación del Dispositivo médico

Nombre Comercial Dispositivo Médico	OTOSCOPIO
Presentación Comercial	Empaque primario: Caja de plástico (ABS) Empaque secundario: caja de cartón corrugado x 20 unidades, color marrón Tamaño: 400 * 215 * 195 mm
Usos	Dispositivo médico clásico en otorrinolaringología. Se utiliza para ver la membrana timpánica y el canal auditivo externo para diagnosticar patologías del oído externo y medio.

2. Especificaciones del Dispositivo Médico

Especificaciones de Contenido

Modelos	HS-OT10J	HS-OT10G	HS-OT10H	HS-OT10E	HS-OT10Y	HS-OT10K	HS-OT10N	HS-OT10S	HS-OT10	HS-OT10D	HS-OT10L
Iluminación	iluminación directa						Iluminación de fibra óptica				
Aumento	3X ventana de visualización						3x gran ventana de visualización				
Luminancia	24 Lumen					14 Lumen	24 Lumen				14 Lumen
Características de Bombilla XHL	Larga vida de 10000 h										
Características de Bombilla LED	1) CRI≥90% 2) es más reducibilidad 3) establecer radiador y LED SMT óptico 4) Circuito IC de corriente constante 5) larga vida de 20000 h										
Bombilla XHL Color / Temperatura	3050K ±5%										
Bombilla LED Color / Temperatura	3200k o 6000K ±5%										
Manejo	Interruptor de encendido/apagado										
Manija de poder	Pantalla LCD y brillo ajustable.										
Tamaño de las puntas	Puntas reusables: 2,4/3/4/5mm ; Puntas desechables: 2,75/4,25mm										
Batería	2 pilas alcalinas AA o 116 pilas recargables AA NI_MH 2.4V										
Operación	Temperatura: 10℃~ 35℃ Humedad: 30% ~ 75% Presión de aire: 700hPa ~ 1060hPa										

HONSUN Aim for Health 江苏鹿得医疗电子股份有限公司
HONSUN (NANTONG) CO., LTD.
No.8 Tongxing Road Economic &Technical Development Area, 226009 NanTong City, Jiangsu, P.R.China
Tel: 0086-21-63056696 FAX: 0086-21-63036162 Lena-li@lordmed.com

3. Composición

- Cabezal otoscopio: ABS
- Mango otoscopio: ABS
- Batería otoscopio: Cobre
- Orejeras: PA
- Caja de plástico: ABS

4. Instrucciones generales de uso

- Encienda (o apague) el dispositivo presionando hacia abajo (o hacia arriba) como en la figura 1;
- Seleccione una punta razonable para el canal auditivo del paciente y empújela sobre la mano y atornille la punta en el sentido de las agujas del reloj; consulte la figura 2. En general, el tamaño de la punta de 4 mm es para adultos y 2,4 mm para niños;
- Coloque el otoscopio con una punta en el canal auditivo del paciente (fig. 3) y examine a través de la ventana de visualización.



fig.1





fig.2

fig.3

5. Almacenamiento

Temperatura: -20 ℃~ 70℃
Humedad: 10% ~ 90% (Sin condensación)
Presión de aire: 500hPa ~ 1060hPa

6. Precauciones

- No utilice el dispositivo donde pueda estar expuesto a gases inflamables
- Proteja el dispositivo del agua, la humedad, el impacto, las caídas, la luz solar directa, el calor y el fuego
- No toque la lente directamente con la mano o algo duro
- Mantenga el dispositivo alejado del alcance de bebés y niños sin supervisión
- No desarme ni intente reparar el dispositivo o los componentes

7. Información Reglamentaria

•Elaborado bajo norma ISO 13485