

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

PRODUCTO : CUBREZAPATOS DESCARTABLES ANTIDESLIZANTES
25 g/m² R&G
MATERIAL : Telas no tejidas de polipropileno y filtro meltblown
N° LOTE : 4417724130
FECHA PRODUCCIÓN : 06-2024
FECHA EXPIRACIÓN : 06-2029
REG. SAN. N° : 12618-DME-0122
FECHA : 16/07/2024


ESPECIFICACIONES		MEDIDA	RESULTADOS
TALLA	Estándar	Estándar	Conforme
COLOR	Celeste	Celeste	Conforme
SUPERFICIE	No pelusas	No pelusas	Conforme
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS			
- Largo (cm)	40 ± 1	40.4	Conforme
- Ancho (cm)	17 ± 1	17.2	Conforme
- Gramaje (g/m ²)	25 ± 2	25.2	Conforme
- Peso (g)	4.5 ± 0.5	4.4	Conforme

Plan de muestreo simple con nivel especial de inspección S-2 para el procedimiento intermedio y nivel de inspección II para el procedimiento final, AQL 1.5 según NTP-ISO 2859-1 2013 (revisada el 2018)

CONCLUSIÓN: APROBADO

Nombre : ING. ALFREDO E. LEÓN LESCANO
Cargo : JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
Compañía : R&G S.A.C.
Teléfono : +51 983 442 902

R&G SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL SAC
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD


FIRMA DEL RESPONSABLE