



出货检验报告 Outgoing Inspection Report

检验单号:

客户名称 Customer	6ALSA				颜色 Color	B2		级别 Level	医疗级				
产品名称 Product Name	丁腈	<input type="checkbox"/> 有粉 <input checked="" type="checkbox"/> 无粉 <input type="checkbox"/> Powdered <input checked="" type="checkbox"/> Powder-Free			订单号 Order No.	IN24010565		批号 LOT No.	24010565				
抽样量 Sampling No.	(1) 盒/箱 boxes/case (20) 箱 case, 共计 total (20) 盒 boxes				配比 Matching	M:1800 L:900		总箱数 Total Cartons	2700				
项目 Item	标准 Standard				结果 Result								
外观 Appearance	严重缺陷 Critical		AQL 1.0		M:0/125 L:0/125								
	重要缺陷 Major		AQL 2.5		M:0/125 L:0/125								
	轻微缺陷 Minor		AQL 4.0		M:0/125 L:0/125								
针孔测试 Pinhole Test		无要求		M:0/125 L:0/125									
支数 Count		AQL 6.5		M:0/8 L:0/8									
物性 Physical Property	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号 Size	M	M	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L
重量 Weight,g	3.53	3.58	3.58	3.65	3.61	3.59	3.62	3.66	3.65	3.87	3.89	3.88	3.86
长度 Length,mm	240	241	245	243	240	240	241	245	240	240	245	243	240
掌宽 PW,mm	95	96	96	95	96	96	96	95	96	106	105	106	106
拉断强度 TS,M pa	18.5	21.5	20.6	21.6	25.6	19.5	18.6	23.5	18.6	26.5	23.5	24.9	25.8
伸长率 E@B,%	501	516	508	505	516	524	518	520	516	502	506	508	516
内盒 Inner box	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> Qualified <input type="checkbox"/> No Qualified				外箱 Outer case		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> Qualified <input type="checkbox"/> No Qualified						
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.	INTCO-CLSB-12-001		INTCO-CLSB-12-002		测厚规编号 Thickness gauges No.			INTCO-CLSB-02-003					
电子天平编号 Electronic balance No.	INTCO-CLSB-09-019		拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.		INTCO-CLSB-10-005			钢直尺编号 Steel ruler No.		INTCO-CLSB-03-005			
结论 Result	检验员 Inspector		复核 Recheck		Manufacturing date & Expiration date								
合格	熊佳佳		黎红		AUG 2024 & JUL 2029								

注:PW-Palm Width、FT-Finger Thickness、PT-Palm Thickness、CT-Cuff Thickness、TS-Tensile Strength、E@B-Ultimate Elongation、F@B-Force

出货检验报告 Outgoing Inspection Report

检验单号:

客户名称 Customer	6ALSA				颜色 Color	H1				级别 Level	医疗级									
产品名称 Product Name	丁腈	<input type="checkbox"/> 有粉 <input checked="" type="checkbox"/> 无粉 <input type="checkbox"/> Powdered <input checked="" type="checkbox"/> Powder-				订单号 Order No.	IN24010565				批号 LOT No.	24010565								
抽样量 Sampling No.	(1)盒/箱boxes/case, (30)箱 case, 共计total (30) 盒boxes				配比 Matching	S:200 M:700 L:400				总箱数 Total Cartons	1300									
项目 Item	标准 Standard				结果 Result															
外观 Appearance	严重缺陷 Critical				AQL 1.0				S:0/80 M:0/125 L:0/80											
	重要缺陷 Major				AQL 2.5				S:0/80 M:0/125 L:0/80											
	轻微缺陷 Minor				AQL 4.0				S:0/80 M:0/125 L:0/80											
针孔测试 Pinhole Test				AQL2.5				S:0/80 M:0/125 L:0/80												
支数 Count				AQL 6.5				S:0/8 M:0/8 L:0/8												
物性Physical Property	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#							
型号 Size	S	S	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L							
重量 Weight,g	3.23	3.25	3.45	3.43	3.45	3.44	3.50	3.48	3.42	3.71	3.75	3.78	3.79							
长度 Length,mm	240	240	240	242	244	242	243	241	238	242	242	242	240							
掌宽 PW,mm	85	86	95	96	96	96	96	96	95	106	105	106	106							
拉断强度 TS,M pa	26.6	28.3	27.8	21.3	22.0	21.0	51.3	18.7	19.4	21.0	21.5	28.1	19.9							
伸长率 E@B,%	525	526	521	502	518	514	513	534	510	503	502	504	511							
内盒 Inner box	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> Qualified <input type="checkbox"/> No Qualified				外箱 Outer case				<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> Qualified <input type="checkbox"/> No Qualified											
灌水设备编号 testing equipment No.	Pinhole				INTCO-CLSB-12-001				INTCO-CLSB-12-002				测厚规编号 Thickness gauges No.				INTCO-CLSB-02-005			
电子天平编号 Electronic balance No.	INTCO-CLSB-09-003				拉力机编号 Electronic tensile testing				INTCO-CLSB-09-019				钢直尺编号 Steel ruler No.				INTCO-CLSB-03-039			
结论Result	合格				检验员Inspector				熊佳佳				日期Date				2024/8/14			
	合格				熊佳佳				2024/8/14				复核Recheck				黎红			
	合格				熊佳佳				2024/8/14				黎红				AUG 2024 & JUL 2029			

注Note:PW-Palm Width、 FT-Finger Thickness、 PT-Palm Thickness、 CT-Cuff Thickness、 TS-Tensile Strength、 E@B-Ultimate Elongation、 F@B-Force

出货检验报告 Outgoing Inspection Report

检验单号:

客户名称 Customer	6ALSA				颜色 Color	R2				级别 Level	医疗级			
产品名称 Product Name	丁腈	<input type="checkbox"/> 有粉 <input checked="" type="checkbox"/> 无粉 <input type="checkbox"/> Powdered <input checked="" type="checkbox"/> Powder-Free				订单号 Order No.	IN24010565				批号 LOT No.	24010565		
抽样量 Sampling No.	(1)盒/箱boxes/case, (10)箱case, 共计total (10) 盒boxes				配比 Matching	S:500				总箱数 Total Cartons	500			
项目 Item	标准 Standard				结果 Result									
外观 Appearance	严重缺陷 Critical				AQL 1.0				S:0/80					
	重要缺陷 Major				AQL 2.5				S:0/80					
	轻微缺陷 Minor				AQL 4.0				S:1/80					
针孔测试 Pinhole Test				AQL2.5				S:0/80						
支数 Count				AQL 6.5				S:0/8						
物性Physical Property	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#	
型号 Size	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
重量 Weight,g	2.90	2.75	2.85	2.88	2.91	2.78	2.90	2.82	2.91	2.80	2.82	2.85	2.86	
长度 Length,mm	240	244	242	242	242	240	241	240	242	241	240	242	242	
掌宽 PW,mm	85	85	86	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
拉伸强度 TS,Mpa	21.3	21.1	20.9	23.5	26.7	24.3	22.6	25.1	21.5	21.7	23.4	24.3	25.1	
伸长率 E@B,%	511	516	506	521	524	518	516	524	518	511	523	519	521	
内盒 Inner box	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> Qualified <input type="checkbox"/> No Qualified				外箱 Outer case				<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> Qualified <input type="checkbox"/> No Qualified					
灌水设备编号 testing equipment No.	Pinhole				INTCO-CLSB-12-001 INTCO-CLSB-12-002				测厚规编号 gauges No.				INTCO-CLSB-02-005	
电子天平编号 Electronic balance No.	INTCO-CLSB-09-009				拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.				INTCO-CLSB-09-019				钢直尺编号 Steel ruler No.	INTCO-CLSB-03-005
结论Result	合格				检验员Inspector				日期Date				复核Recheck	Manufacturing date & Expiration date
	王倩倩				2024/8/30				黎红				AUG 2024 & JUL 2029	



注Note:PW-Palm Width、 FT-Finger Thickness、 PT-Palm Thickness、 CT-Cuff Thickness、 TS-Tensile Strength、 E@B-Ultimate Elongation、 F@B-Force

出货检验报告 Outgoing Inspection Report

检验单号:

客户名称 Customer	6ALSA				颜色 Color	V5				级别 Level	医疗级						
产品名称 Product Name	丁腈	<input type="checkbox"/> 有粉 <input checked="" type="checkbox"/> 无粉 <input type="checkbox"/> Powdered <input checked="" type="checkbox"/> Powder-Free				订单号 Order No.	IN24010565				批号 LOT No.	24010565					
抽样量 Sampling No.	(1)盒/箱boxes/case, (10)箱 case, 共计total (10) 盒boxes					配比 Matching	S:200				总箱数 Total Cartons	200					
项目 Item	标准 Standard					结果 Result											
外观 Appearance	严重缺陷 Critical					AQL 1.0				S:0/80							
	重要缺陷 Major					AQL 2.5				S:0/80							
	轻微缺陷 Minor					AQL 4.0				S:1/80							
针孔测试 Pinhole Test					AQL 2.5				S:0/80								
支数 Count					AQL 6.5				S:0/8								
物性Physical Property	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#				
型号 Size	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
重量 Weight.g	2.90	2.97	3.00	3.00	2.99	2.99	2.97	2.91	2.93	2.95	2.98	2.94	2.95				
长度 Length.mm	240	243	242	240	241	240	243	243	241	242	240	243	240				
掌宽 PW.mm	85	86	85	85	85	85	85	85	85	86	85	85	85				
拉断强度 TS.M pa	21.7	23.4	21.5	23.1	20.8	21.5	21.7	19.3	24.3	21.3	22.6	20.3	19.2				
伸长率 E@B.%	509	516	511	523	520	518	511	516	524	511	516	511	508				
内盒 Inner box	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> Qualified <input type="checkbox"/> No Qualified					外箱 Outer case			<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> Qualified <input type="checkbox"/> No Qualified								
灌水设备编号 testing equipment No.	Pinhole				INTCO-CLSB-12-001				INTCO-CLSB-12-002				测厚规编号 gauges No.	Thickness			INTCO-CLSB-02-006
电子天平编号 Electronic balance No.	INTCO-CLSB-09-002				拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.				INTCO-CLSB-09-019				钢直尺编号 ruler No.	INTCO-CLSB-03-031			
结论Result	合格				检验员Inspector				日期Date				复核Recheck				
	王倩倩				2024/8/24				黎红				英科医疗 INTCO MEDICAL 合格 PASS 品质检验印章 Stamp for QC Manufacturing date & Expiration date AUG 2024 & JUL 2029				

注Note:PW-Palm Width、 FT-Finger Thickness、 PT-Palm Thickness、 CT-Cuff Thickness、 TS-Tensile Strength、 E@B-Ultimate Elongation、 F@B-Force